

使用条件及质量标准

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel® NH₂-60

分析柱					连接方式/连接部件
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 (μm)	柱身材质	
0007127	TSKgel NH ₂ -60	4.6×25	5	不锈钢	Ferrule 方式 1/16 英寸管路

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

A. 使用条件及方法

1. 出厂溶剂 甲醇
2. 最大压降

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)
0007127	TSKgel NH ₂ -60	4.6×25	20.0
注 柱压根据流动相的种类 (缓冲溶液、盐浓度以及有机溶剂浓度)、柱温以及梯度条件不同而不同。 如果超过最大压降, 请降低流速。			

3. 流动相
 - (1) 水、盐溶液以及缓冲溶液
 - (2) 含水溶性有机溶剂的溶液
 - (3) pH 2.0~7.5

注 1 建议使用超纯水或同等级别的水。建议使用特级或 HPLC 级别的有机溶剂或试剂。
注 2 使用含有机溶剂的溶液时, 请注意盐析。
4. 使用温度范围 10~50 °C
5. 保存
 - (1) 步骤:
 - 1) 如果使用含盐溶剂作为流动相, 请替换成不含盐的同类溶剂。
 - 2) 先用出厂溶剂替换色谱柱内溶剂后, 从仪器上卸下色谱柱, 用保护塞密封色谱柱两端, 然后进行保存。
 - (2) 保存温度: 15~30 °C
6. 清洗 含有机溶剂的溶液清洗。
注 根据杂质的性质, 即使清洗色谱柱后, 也有可能不能恢复其性能。
7. 废弃注意事项 填料为阻燃性改性硅胶。
废弃时, 请参阅使用说明书中记载的注意事项。

TSKgel 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下: 检测条件和检测结果, 记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	理论塔板数
0007127	TSKgel NH ₂ -60	4.6×25	≥6000

